



仕 様	
型 番	OCM-510
分光方式	ツェルニターナ型
焦点距離	150mm
F 値	4
同時測定波長範囲	300~800nm
波長分解能	1.5nm(FWHM)
波長精度	±0.5nm
一般器仕様	(共通仕様)
波感度誤差	基準値に対し±5%以内
色 度	基準器に対し±0.004以内(x,y)
主 波 長	基準器に対し±1nm以内

※仕様は予告なく変更されることがあります。

 株式会社ナイスティーテクノロジーズ

本社: 〒331-0047 埼玉県さいたま市西区大字指扇1711番地1 TEL:048-778-9604 FAX:048-778-9605 E-mail:nts-ts@nicety.co.jp  
 富士工場: 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字蓑輪2548番4号 TEL:0555-72-4734 FAX:0555-72-4898